

# Piezo Tip Guide

ピエゾ チップガイド




## チップの高い精度

表面の工作精度を高めた鏡面仕上げのチップで根面に対して穩やかなアプローチが可能。精度の高い治療を実現します。


- 根面のセメント質を過剰に除去しない。
- 根面をスムーズに仕上げ、細菌の再付着を遅延。



チップ拡大 ×100倍



チップ拡大 ×1000倍



根面スケーリング後

Point


チップの機能を100%発揮するためには  
チップの定期的な交換が必要です。

超音波スケーラー用チップは、すべて消耗品です。チップが2mm減ると、作業効率が減少します。消耗したチップを新しいチップに交換すると、歯石除去が早く、時間の節約と術者の疲労軽減につながります。

名刺サイズの「ブチピエゾチップ消耗ガイド」をご用意しております。  
消耗ガイドにチップを当て、チップの消耗をご確認ください。

※原寸サイズ

## ブチピエゾチップ消耗ガイド



## チップA



チップエゾ用チップA トルクレンチ付 単品 883657

### 歯肉縁上の歯石除去

チップの側面を歯面に平行にあて、前後に動かしながら使用します。

※注水下でご使用ください。



詳しい動画はこちら▶



## チップP



チップエゾ用チップP トルクレンチ付 単品 883739

### 歯肉縁上・歯肉縁下3mmまでの歯石除去

歯肉縁下3mmまでのポケットに使用します。  
チップの側面を歯面に平行にあて、前後に動かしながら使用します。

※注水下でご使用ください。



詳しい動画はこちら▶



## チップPS



チップエゾ用チップPS トルクレンチ付 単品 883746

### 歯肉縁下10mmまでの歯石除去

歯肉縁下10mmまでのポケットに使用します。  
作動させずにチップをポケット底まで入れてから、  
チップ側面を歯面に平行にあて、前後に動かしながら使用します。

※注水下でご使用ください。



詳しい動画はこちら▶



## チップPSR/PSL



チップエゾ用チップPSR トルクレンチ付 単品 409851



チップエゾ用チップPSL トルクレンチ付 単品 409869

### 歯肉縁上・歯肉縁下8mmまでの歯石除去

歯肉縁下8mmまでのポケットに使用します。  
作動させずにチップをポケット底まで入れてから、  
チップ側面を歯面に平行にあて、前後に動かしながら使用します。

※注水下でご使用ください。



詳しい動画はこちら▶



## トルクレンチ

チップ各種をハンドピース本体へ確実に着脱するための専用トルクレンチです。 プチピエゾ用トルクレンチ(プラスチック) 883828



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁止

●販売名：グランドピエゾプラス ●一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 ●認証番号：228ALBZX00013000(管理特管) ●製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9